



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Referenzbereiche für das Erfassungsjahr 2017

# **Implantierbare Defibrillatoren- Implantation**

Stand: 07.05.2018

---

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2017	Referenzbereich 2016	Anpassung
50055 (NEU)	Leitlinienkonforme Indikation	>= 90,00 % (Zielbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
50005	Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,00 % (Zielbereich)	>= 90,00 % (Zielbereich)	Nein
52131 (NEU)	Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
10179	Dosis-Flächen-Produkt	>= 56,52 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	>= 46,34 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52316	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	Nein
50017	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52325	Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
51186	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 5,98 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 5,80 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja